

Icon 3 G3 - 40



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

10 numara pille çalışan, kişiye özel CIC dijital programlanabilir kulak içi işitme cihazı

TEMEL ÖZELLİKLER

Pil kapağından açma kapama

Pil kapağındaki basma butonu ile program değiştirilme

Pil zayıfladığında yada program değişiminde uyarı sinyali yada melodisi

Audiotomatic özelliği ile geç açılış(aktif/pasif)

HF4 Black filter sistemi

Çıkarma ipi

Otomatik veya manual ses kontrol sistemi

OPSİYONLAR

Microsafe mikrofon filtresi

PROGRAM KABLoları

Programming cable, right

Art.-No. 105 40 984

Programming cable, left

Art.-No. 105 40 985

TEKNİK ÖZELLİKLER

12 sinyal işleme kanalı / 6 frekans kanalı

15 toplam bant sayısı

6 AGC kanalı / 2 MPO kanalı

4 işitme programı

Veri depolama

SINYAL İŞLEMCİSİ

Anti-Feedback sistem G3

Gürültü yönetimi

Adaptive noise reduction (on/off)

Wener filter (on/off)

TRC S

STANDART ÖZELLİKLER


GC (Kazanç Kontrol)

TC (Ses Tını Kontrol)


AGC (Otomatik Kazanç Kontrol)

MPO (Alçak frekans maksimum çıkış gücü)

UYGULAMA ALANI



Fitting range 35 dB



Fitting range 40 dB



Icon 3 G3

Kazanç 40 dB



Audio Service

MAKSİMUM ÇIKIŞ



Input: 90 dB

MAKSİMUM ÇIKIŞ



Input: 50 dB

IEC 60118-7:2005¹⁾

ANSI S3.22-2009¹⁾



IEC 60118-0²⁾



TEKNİK INFORMATION

MAKSİMUM ÇIKIŞ

Peak value at 90 dB	115 dB	125 dB
1,600 Hz (RTF)	108 dB	116 dB
HFA (High Frequency Average)	108 dB	111 dB

TAM KAZANÇ

Peak value at 50 dB	40 dB	50 dB
1,600 Hz (RTF)	32 dB	39 dB
HFA (High Frequency Average)	33 dB	37 dB
Reference test gain	31 dB	32 dB

TEKNİK ÖZELLİKLER

Battery type	10	10
Battery life in hours	90	90
Frequency range	100 – 8,000 Hz	100 – 8,250 Hz
Battery current consumption	0.70 mA	0.70 mA
Equivalent noise level	24 dB	23 dB
Distortion		
500 Hz	1%	1%
800 Hz	2%	2%
1,600 Hz	1%	2%

¹⁾Technical data measured in accordance with IEC 60118-7:2005 and ANSI S3.22-2009 at 2 cm coupler

²⁾Technical data measured in accordance with IEC 60118-0 at ear simulator

Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki Asıl/Fotokopi/Link beldevi Türkçe... diline tam ve doğru olarak çevirdiğimiz beyan ederim.

Noter Yeminli Mütercimi
TÜLAY YAVUZ

